



# Tartı Aleti Muayene Kartı

**Muayene Seri No:** 253403000629/2  
**Muayene Başvuru Tarihi:** 19/01/2025  
**Muayene Tarihi:** 19/01/2025  
**Muayene Tipi:** Periyodik Muayene

Bu muayene kartı tartı aletlerine ilişkin yürürlükteki mevzuata göre yetkili servisler tarafından yapılan muayene sonucunda düzenlenmiş olup istisnai durumlar dışında geçerliliği 2 yıldır. Bu belgelerin tartı aleti sahibinde bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

## 1 - Tartı Aleti Kullanıcısı Bilgileri

**Tartı Aleti Kullanıcısı** İTİMAT KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**TC / Vergi Numarası** 4830002611

**Adresi** MISIRÇARSISI mahallesi MERKEZ sokağı No: -/27 FATİH/İSTANBUL

**Telefonu** 0 (532) 454 87 54

## 2 - Tartı Aleti Bilgileri

<b>Marka/Model</b>	CHYO/MP-3000	<b>Seri Numarası</b>	72479
<b>Tartı Aleti Tipi</b>	Otomatik Olmayan Tartı Aleti	<b>Üretim Yılı</b>	2014
<b>Tartı Aleti Sınıfı</b>	II	<b>d:Taksimatl Aralığı</b>	0,01
<b>Tartı Aleti Kapasitesi</b>	2001 g - 6 kg	<b>e:Muayene Sabiti</b>	0,1
<b>Açıklama</b>			

## 3 - Muayene Bilgileri

### Görsel Kontrol

Tartı aletinin ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak;	Uygun U.Değil	
	Uygun	U.Değil
Tip Onayı:	X	
CE İşareti ve Onaylanmış Kuruluş Numarası:	X	
Metrolojik M İşareti:	X	
Damga Yılı İşareti:	X	
İmalatçının Unvanı ya da Markası:	X	
Ek Teçhizatlar (yazıcı, bilgisayar vb.) tartı aletinin özelliklerini etkilemeyecek şekilde	X	

### Metrolojik Kontrol

Otomatik Olmayan Tartı Aleti	Uygun U.Değil	
	Uygun	U.Değil
Sıfır Kontrol Testi	X	
Tartım Performansı Testi	X	
Köşe Yüklü Testi	X	
Tekrarlanabilirlik	X	
Maksimum Limit Kontrol Testi	X	
Dara Performansı Testi	X	
Ağırlık/Fiyat Etiketlemeli Tipler için Ağırlık ve Birim Fiyatın Çarpılması Hesabının Doğruluğu	X	

Muayeneyi yapan/yapanlar;

ERDİNÇ KOCAER

YMS-34-15 / PYB-34-61

Teknik Personel

### Tartı Aleti Metrolojik Muayene Etiketi

Muayene Seri No	253403000629/2
Yetkili Muayene Servisi	DİJİTAL GROUP TEKNOLOJİ KALİBRASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Muayeneyi Yapan	ERDİNÇ KOCAER
Muayene Tarihi	19/01/2025
Bir Sonraki Muayene Yılı	2025

### Tartı Aleti Metrolojik Muayene Etiketi

Muayene Seri No	253403000629/2
Yetkili Muayene Servisi	DİJİTAL GROUP TEKNOLOJİ KALİBRASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Muayeneyi Yapan	ERDİNÇ KOCAER
Muayene Tarihi	19/01/2025
Bir Sonraki Muayene Yılı	2025